Interreg Greece-Bulgaria
European Regional Development Fund

Cooperation Programme INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020"
The Programme is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national funds of the countries partcipating in it

Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020"
Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално съфинансирана от участващите държави

Проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020" съгласно договор №B2.9a.07 от 10.10.2017 г.

Център за спешна медицинска помощ
Благоевград
Рег.№ Д-ОП-001/28.03.18 20.....г.

Д О Г О В О Р

№001/ 28.03.2018 г.

Днес, **28.03.2018 год.**, в град Благоевград , между:

1.ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - БЛАГОЕВГРАД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови" №21, ЕИК по Булстат:101045985, тел/факс 073/886954 e-mail: csmp_bl@abv.bg, представлявана от Красимир Георгиев Михайлов – Директор на ЦСМП - Благоевград и Светла Кирилова Мицова - Главен счетоводител, в качеството им на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. - "ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София 1415 , Район Лозенец ул. „Богатица" № 20 вх. Б ет. 1 , ЕИК по Булстат: **203310248**, представлявано от: Магдалена Георгиева Василева на длъжност: управител, тел: 02/9055060, факс: 02/9055070 e-mail: office@exelor.bg , адрес за кореспонденция гр. София 1415 , бул. "Околовръстен път" № 36 , бизнес –сграда „Перла парк"наричани по-долу в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „**Страните**", а всеки от тях поотделно „**Страна**");

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („**ЗОП**") и в изпълнение на Решение **№92-А-27/01.03.2018г.** на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на 1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване" и „Доставка на 1 брой автомобил /нов/" по обособени позиции,както следва:Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване" и Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 брой автомобил /нов/"по проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони" (Health Care Centre), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020" съгласно договор № B2.9a.07/10.10.2017 г.**

се сключи този договор за възлагане на обществена поръчка с предмет:**„Доставка на 1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване"** при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет

1.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка и гаранционно обслужване на един брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване, съгласно Техническата спецификация на Възложителя Приложение № 1 и детайлно описана в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя Приложения № 2 и №3, неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия договор.

1.2. Видът, техническите данни и характеристики на автомобила и медицинското оборудване, които следва да достави Изпълнителят са подробно посочени в Техническата спецификация на Възложителя, (Приложения № 1) и в Техническото предложение на Изпълнителя (Приложения № 2), представляващи неразделна част от настоящия Договор.

Този документ е създаден в рамките на Проект №B2.9a.07 от 10.10.2017 г. "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020", съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на ЦСМП – Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат.

1.3. Изпълнителят се задължава да осигурява гаранционно (сервизно) обслужване на доставения автомобил и медицинското оборудване по ал. (1.1) в рамките на гаранционнитесрокове по алинея (4.1.2) и (4.1.3) . Материалите, консумативите, дейностите и условията на сервизното обслужване са описани в Техническото предложение на Изпълнителя и следва да отговарят на Техническите спецификации на Възложителя.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена

2.1 За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на **107741,00 лв** (словом: сто и седем хиляди седемстотин четиридесет и един лева) лева без ДДС и **128929.20 лева** (словом: сто двадесет и осем хиляди деветстотин двадесет и девет лева и двадесет стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 3), неразделна част от настоящия Договор.Посочената обща цена, включва всички разходи и възнаграждения по изпълнение на предмета на обществената поръчка,като но не само: разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху автомобила на възложителя, за заплащане на продуктова такса (екотакса), разходите за транспортиране и доставка на 1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация доставка на цялата техническа и сервизна документация на български език, всичкиразходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части), както и разходи за отстраняване на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя, и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, **и не подлежи на увеличение.**

2.2 Посочената в настоящия Договор цена е крайна и остава непроменена за срока на действието му.

Член 3. Начин на плащане

3.1 Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

IBAN BG56PIRB91701606189889 BIC PIRBBGSF в банка Пиреос Банк АД

3.2. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (*словом: Три*) дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

3.3. Плащането на цената по алинея(2.1)по настоящия Договор се извършва, както следва:

3.3.1Възложителят заплаща 100 % (*сто процента*) от цената по алинея (2.1) в срок от 30 (*тридесет*) дни[1] от надлежно извършване на доставката и предаване на автомобилите с Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5), при условие че Изпълнителят е предоставил гаранция за изпълнение на Договора в размерите и при условията на член 10 и след подписване на договора за регистрация, посочен в алинея (5.7).

[1]Срокът следва да е съобразен с чл. 303а от ТЗ.

3.3.2 За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

III.СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Член 4.Срокове и място на доставка

4.1. Договора влиза в сила от датата на неговото подписване и изтича след изтичането гаранционните срокове на автомобила и медицинското оборудване, предмет на договора посочени в алинея 4.1.2. и 4.1.3. и удовлетворяване на всички претенции на Възложителя, свързани с гаранционната отговорност на Изпълнителя.

4.1.1. Срокът за доставка на един брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудванее до 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

4.1.2. Гаранционно обслужване на автомобила - **36** (словом: тридесест и шест) месеца, **без ограничение на пробега** ,стандартна заводска гаранция от производителя на автомобила, считано от датата на прехвърляне на собствеността на автомобила. Гаранционното обслужване на автомобила следва да се извършва в оторизирани от производителя сервизи на територията на Република България.

4.1.3.Гаранционно обслужване на медицинското оборудване - **36** (словом:тридесет и шест) месеца, считано от датата на прехвърляне на собствеността на автомобила. Гаранционното обслужване на медицинско оборудване следва да се извършва в оторизирани от производителя сервизи на територията на Република България.

4.2. Мястото на доставка: гр. Благоевград, ул. Братя Миладинови №21, ЦСМП – Благоевград.

Член 5. Условия на доставка

5.1 Доставка

5.1.1. Изпълнителят се задължава да достави и предаде до мястото на доставка и в съответния срок1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване предмет на доставка съгласно Техническата спецификация (приложение №1) и Техническото предложение на Изпълнителя (приложение №2), окомплектован както следва:

a) С медицинско оборудване
b) Окомплектован съгласно изискванията на производителя;
c) С документ за изправност и окомплектовка;
d) С необходимите за регистрацията им документи, включително документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;
e) Сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики;
f) С инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация на автомобила и медицинското оборудване.

5.1.2. Доставката и предаването/получаването на автомобила се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол(„**Приемо-**

предавателен протокол") от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на явни Несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на документите в съответствие с алинея (5.1.1) и съответствие на автомобила с техническите характеристики, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя. Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), номер на шаси на автомобила, модел, марка и кубатура на автомобила, *серийни номера или други идентифициращи медицинското оборудване данни*, предмет на доставка.

5.1.3 Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 10 (словом: Десет) календарни дни предварително за конкретните дати и час, на която ще се извърши доставката. При предаването на1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия.

5.1.4. При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват **констативен протокол**, в който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срока, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок, или при забавяне на доставката на 1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудванес повече от 30 (*словом: Тридесет*) дни, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора.

5.1.5 Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на **1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване**. Приемането на доставката на **1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване** с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия.

5.1.6. Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 5 (*словом: Пет*) дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

5.1.7. При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея 5.1.4. и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени на Изпълнителя по реда на алинея 5.1.6. Изпълнителят заменя доставеният **1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване** или съответния компонент със съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по алинея 5.1.6, който не може да бъде по-дълъг от 60 (словом: шестдесет) календарни дни.

5.1.8. В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея 5.1.4, Възложителят не дължи заплащане на цената по *алинея 3.3.2.* преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

Член 6. Приемане на работата при подизпълнение

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

Член 7. Преминаване на собствеността и риска

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на**1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване**, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на Протокола съгласно алинея 5.1.2.

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 8. Права и задължения на Изпълнителя

8.1. Изпълнителят се задължава да достави, **1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване,**предмет на настоящия Договор, отговарящ на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектован съгласно изискванията на алинея 5.1.1 и придружен със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху нея на Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор.

8.2. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

8.3. Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и гаранционно обслужване в рамките на гаранционния срок, както следва:

8.3.1. Гаранционно обслужване на автомобила – **36** (словом: тридесет и шест) месеца, **без ограничение на пробега**, стандартна заводска гаранция от производителя на автомобила, считано от датата на прехвърляне на собствеността на автомобила. Гаранционното обслужване на автомобила следва да се извършва в оторизирани от производителя сервизи на територията на Република България.

8.3.2.Гаранционно обслужване на медицинското оборудване - **36** (словом: тридесет и шест) месеца, считано от датата на прехвърляне на собствеността на автомобила. Гаранционното обслужване на медицинско оборудване следва да се извършва в оторизирани от производителя сервизи на територията на Република България.

8.4.Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставеният **1 /един/ брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване,** проявени и/или открити в рамките на гаранционните срокове, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.

8.5. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

8.6. Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия Договор за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на

ПРОГРАМА за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020" съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

8.7. Изпълнителят се задължава да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки на място на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 (Три) години след приключването на **ПРОГРАМА за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020".**

8.8. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 15 (*словом: петнадесет) календарни* дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
8.9. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.
8.10. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама, предвидени в чл.115 § 4 от Регламент 1303/2013 г. и в чл. 3, чл. 4, чл. 5 и Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията.
8.11. Да посочва финансовия принос на Европейските структурни и инвестиционни фондове, предоставен чрез **ПРОГРАМА за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020"** в информацията, предоставяна на целевата група по Проекта във всякакъв вид документи, свързани с изпълнението на проекта и при всички контакти с медиите. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на **ПРОГРАМА за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020".**

8.12.Да допуска представители на **ПРОГРАМА за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020"**Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз", МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки, да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. Тези проверки

могат да се провеждат в срок до 3 (три) години след приключването на **ПРОГРАМА за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020"** по отношение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с изискванията на Регламент № 1303/2013 г. на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.

8.13.Да допусне представители на **ПРОГРАМАза сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020"**, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото национално законодателство.

8.14.Да предостави на служителите или представителите на **ПРОГРАМА за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020"**, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз", МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представители на **ПРОГРАМА за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020"** Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а Изпълнителят следва да уведоми представителя на **ПРОГРАМА за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020"** за точното им местонахождение.

8.15.Да спазва изискванията на Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и на чл. 32 от Делегиран регламент № 1268/2012 г. на Комисията и да уведоми незабавно **ПРОГРАМА за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020"**за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на настоящия договор, или когато е налице неспазване на клаузите за етично поведение.

8.16.Да съдейства при извършване на пълна документална проверка, а когато е приложимо: и проверка на място, за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, на база сключения договор с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и/или други приложими документи.

8.17.Да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

8.18. Да запознае своите служители с определението за „нередност" и „измама", както и да докладва за възникнали нередности пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.** По смисъла на този договор, без да противоречи на Регламент 1083/2006 г., чл. 2, т. 7 за нередност се счита всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход

8.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Член 9. Права и задължения на Възложителя

9.1. При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея 2.1. от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

9.2. Възложителят се задължава да приеме доставката на **1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване,** предмет на Договора по реда на алинея 5.1.2 и следващите, ако отговаря на договорените изисквания, в срок до 5 (*словом: Пет*) дни след писменото му уведомяване.

9.3. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на автомобила и оборудването на посочения в алинея 4.2. от Договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

9.4. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

9.5. Възложителят има право на рекламация по отношение на доставения по Договора автомобил и оборудването, при условията посочени в настоящия Договор.

9.6. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващ с Техническата спецификация и/или дефектен автомобил или оборудване само при условията на настоящия Договор и преди регистрацията му в КАТ, както и отстраняване на Несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор и в условията по гаранцията.

9.7. Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.

9.8.Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

9.9. Възложителят е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и сервиз на автомобила и оборудването само в оторизирани от производителят на автомобила и оборудването сервиз в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.
9.10. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

V.ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Член 10.

10.1. Гаранционна отговорност

10.1.1. Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставения автомобил, и медицинското оборудване съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

10.1.2. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява, чрез оторизирани от производителите сервизи Несъответствия на автомобила и медицинското оборудване, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

10.1.3. Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури преглед на автомобила/медицинското оборудване от свои квалифицирани представители в срок от два работни дни, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на автомобила /медицинското оборудване от квалифицирани представители на оторизираните сервизи се съставя констативен протокол за вида на повредата и/или Несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

10.1.4. Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок от 10 (словом: Десет) работни дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 10 (словом: Десет) работни дни, Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотен автомобил/медицинска апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на автомобила/медицинското оборудване в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.

10.2. Гаранционно (сервизно) обслужване

10.2.1. Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно (сервизно) обслужване на автомобила и медицинското оборудване в гаранционните срокове посочени в алинея (4.1.2) и (4.1.3), които започват да текат от дататана прехвърляне на собствеността на автомобила.Изпълнителят се задължава да извършва с предимство сервизно обслужване на автомобила и медицинското оборудване на Възложителя по време на целия гаранционен период, в срок не по-късно от 2 (словом: Два) работни дни от постъпване на заявка за обслужване от страна на Възложителя. Гаранционното обслужване се осъществява в оторизирани от производителя сервизи.

VI.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

Член 11. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите

11.1. Видове и размер на гаранциите

11.1.1. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет) от стойността на Договора по алинея 2.1. или сумата от **5387,05 лв** (словом: пет хиляди триста осемдесет и седем лв 0,05)лева;

11.1.2. Изпълнителят представя документи за внесени гаранции за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

11.2. Форма на гаранциите

11.2.1. Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:

a. парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
b. банкова гаранция;
c. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Член 12. Изисквания по отношение на гаранциите

12.1. Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, то тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:ОББ-клон Благоевград IBAN BG96UBBS 80023106091305 UBBSBGSF ЦСМП-Благоевград

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

12.2 Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 30 (словом:тридесет) календарни дни за гаранцията за изпълнение.

12.2.1. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

12.2.2. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

12.3. **Застраховката**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (*словом: Тридесет*) календарни дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договораи не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите

13.1. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

13.1.1 частично освобождаване в размер на 50 % (*петдесет процента*) от стойността на Договора в размер на **2693,52 лв** (словом: две хиляди шестотин деветдесет и три лева 0.52) лева, в срок от 30(*словом: Тридесет*) дни, след приемане на доставката един брой

мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудванеи подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея(5.1.2) съответно по алинея(5.1.4) без забележки и след регистрацията на автомобила в КАТ, при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са задържани,или не са настъпили условия за задържането им.

13.1.2. окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 30 (*словом: Тридесет*) календарни дни, след изтичане на последният гаранционния срок наедин брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване, посочени в алинея (4.1.2) и (4.1.3) от настоящия Договор при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

13.2. Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция или застраховка за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумите по алинея (13.1.1).

13.3. Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея(13.1).

13.4. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата под която са предоставени.

13.5. Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

13.6.Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

13.7. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

13.8. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 5 (*словом: Пет*) работни дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея (11.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да до застрахова отговорността си до размера в алинея (11.1).

VII.НЕУСТОЙКИ

Член 14.

14.1 При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,1 % от сумата по алинея 2.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от сумата по алинея 2.1.

14.2. При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 от сумата по алинея

2.1 % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от размера на забавеното плащане.

14.3. При системно (три и повече пъти)неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 5 % (пет *процента*) от цената по алинея (2.1.).

14.6. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение, като Възложителят има право да усвои съответните суми по настоящия член от предоставените гаранции.

14.7. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка на Възложителя:ОББ-клон Благоевград **IBAN BG96UBBS 80023106091305 UBBSBGSF** ЦСМП-Благоевград

В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 3 (*словом: три*) работни дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

VIII.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ[2]

Член 15. Общи условия приложими към Подизпълнителите

15.1. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

15.2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

15.3. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

15.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

15.5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителяи не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Член16. Договори с подизпълнители

При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

a) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
b) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

[2]Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители

c) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Член 17. Разплащане с подизпълнители

17.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

17.2. Разплащанията по член (17.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

17.3. Към искането по алинея(17.2)Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

17.4. Възложителят има право да откаже плащане по алинея(17.2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IX.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Член 18.

18.1. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

a) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
b) с изтичане на уговорения срок;
c) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;
d) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора(„непреодолима сила") за срок по-дълъг от 30 (словом: Тридесет) календарни дни;

18.2. Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

a) когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с повече от 30 (*словом: Тридесет*) дни;
b) При системно (три и повече пъти)неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията;
c) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

18.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.

18.4. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.
18.5. Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Член 19.

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

X.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член20.

20.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.
20.2.Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
20.3.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

20.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

XI.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член 21.

(21.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена при и по повод изпълнението на Договора: НЯМА
(21.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

XII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22.

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Член 23.

23.1. Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Светла Кирилова Мицова – на длъжност главен счетоводител
Телефон: 073/886954
Email: csmp_bl@abv.bg

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Магдалена Георгиева Василева
Телефон: 0882761213; 02/905 5060
Email: office@excelor.bg

23.2. Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

23.3. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

23.4. Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 23 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

23.5. Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Член 24.
Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 25.
25.1. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(25.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящите до него, включително спорове породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от Арбитражен съд при „**Европейска юридическа палата" гр. София**, съобразно нейния правилник за дела основани на арбитражни споразумения. Езикът на арбитража ще бъде български. Място на арбитража: Р.България, гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Н. Коперник 25.

Член 26.

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Член 27

При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

1. Свидетелство за съдимост, рег.№ 138621 от 13.11.2017 на Магдалена Георгиева Василева- Управител на Екселор Холдинг Груп ЕООД- нотариално заверено копие;
2. Удостоверение № 20180327100944/27.03.2018 год. за актуално състояние от Търговски регистър- Агенция по вписванията- оригинал;
3. Удостоверение № 20180327101317/27.03.2018 год. за липса на вписани обстоятелства по раздел Ликвидация, издадено от Търговски регистър- Агенция по вписванията- оригинал;
4. Удостоверение № 20180327101522/27.03.2018 год. за липса на вписани обстоятелства по раздел Несъстоятелност, издадено от Търговски регистър- Агенция по вписванията- оригинал;
5. Удостоверение № 220201800084531/16.03.2018 год. от НАП за липса ва задължения- нотариално заверено копие;
6. Удостоверение № 7224027926/22.03.2018 от Столична община /по седалище на участника/ за липса на задължения- нотариално заверено копие;
7. Удостоверение № УД000681/20.03.2018 от Община Благоевград /по седалище на възложителя/ за липса на задължения- оригинал;
8. Удостоверение №18020212/21.03.2018 от органите на ИА „Главна Инспекция по труда"- оригинал;
9. Гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора № 0176423/26.03.2018 в размер на 5% от стойността договора- под формата на застраховка- оригинал;

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. *Приложение № 1* – Техническа спецификация на Възложителя;
2. *Приложение № 2* – Техническо предложение на Изпълнителя
3. *Приложение №3* - Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Д-р Красимир Михайлов
Директор

Светла Мицова
Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Магдалена Василева
Управител

Образец № 3.1
За обособена позиция №1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД
ЕИК 203310248, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Лозенец“, ул. „Богатица“ № 20
представляван от Магдалена Георгиева Василева

Относно: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „Доставка на 1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване” и „Доставка на 1 брой автомобил /нов/” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на 1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване“ и Обособена позиция №2: „Доставка на 1 брой автомобил /нов/“ по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор № B2.9a.07/10.10.2017 г.

За обособена позиция 1: „Доставка на 1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание Ваше обявление за обществена поръчка № 92-А-200 от дата: 03/01/2018, заведено в преписка 00003-2018-0001, Ви представяме следното ценово предложение за доставка на 1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване“ , съгласно техническото ни предложение:
Цена: 107 741,00 лв. без ДДС, (словом сто и седем хиляди седемстотин четиридесет и един лева и нула стотинки), съответно 129 289,20 лв. с ДДС, (словом: сто двадесет и девет хиляди двеста осемдесет и девет лева и двадесет стотинки).

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката за описания в Техническото ни предложение автомобил и медицинско оборудване и не подлежи на промяна.
Посочената цена, предложена от участника, включва всички разходи и възнаграждения по изпълнение на предмета на обществената поръчка, като но не само: разходите за транспортиране и доставка на 1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване” до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация доставка на цялата техническа и сервизна документация на български език, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части), както и разходи за отстраняване на всички технически неизправности,

възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя, и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, и не подлежи на увеличение.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

***** Забележка: Участник, чиято ценова оферта надвиши прогнозната стойност съгласно обявлението, ще бъде отстранен от участие.**

Подпис:

Име и фамилия: Магдалена Василева

Длъжност на представляващия участника УПРАВИТЕЛ

Дата: 29.01.2018

Коносаментна порта

1415 Sofia, Bulgaria, 20 Bogatiza, str.floor 1, Lozenetz District;
Phone: +359 2 905 50 60; FAX: +359 2 905 50 70; E-mail: office@excelor.bg

Екселор Холдинг Груп

Образец № 2.1
За обособена позиция 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД
ЕИК 203310248, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Лозенец“, ул. „Богатица“ № 20
представляван от Магдалена Георгиева Василева

Относно: **Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: : „Доставка на 1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване” и „Доставка на 1 брой автомобил /нов/” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на 1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване“ и Обособена позиция 2: „Доставка на 1 брой автомобил /нов/“ по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор № B2.9a.07**

За обособена позиция 1: ***„Доставка на 1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване“***

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно обявление № 92-А-200 от дата: 03/01/2018, заведено в преписка 00003-2018-0001, Ви представяме нашата оферта и предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническата спецификация. Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да доставим 1 брой ***мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване*** марка AYAN AMBULANS A.S., модел .Ayan ECTAmbulance Mercedes Sprinter 4x4 316 cdi., със следните характеристики:

Минимални изисквания за техническите характеристики:

Мобилната единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване покрива минимални изисквания за наземно медицинско превозно средство, линейка тип В, съгласно Медицински стандарт „Спешна медицина”.	Мобилната единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване покрива изискванията за наземно медицинско превозно средство, линейка тип В, съгласно Медицински стандарт „Спешна медицина”.
Технически спецификации/Изисквания	**Технически характеристики на предлаганото от участника превозно средство**
1.1. Автомобилът да е нов, неупотребяван, произведен не по-рано от 2017 г. и да отговаря на изискванията на Закона за	**1.1.** Автомобилът ще е нов, неупотребяван, произведен 2017 г. и ще отговаря на изискванията на Закона за движение по

движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.	пътищата и Правилника за неговото приложение.
1.2. Автомобилът да е хомологизиран за движение в България.	**1.2.** Автомобилът ще е хомологизиран за движение в България.
1.3. Автомобилът трябва да отговаря на БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент /Медицински превозни средства и техните съоръжения. Линейки/ Автомобилът трябва да отговаря на изискванията на действащата в момента консолидирана Директива 70/156 ЕЕС.	**1.3.** Автомобилът ще отговаря на БДС EN 1789:2007+A2:2014 /Медицински превозни средства и техните съоръжения. Линейки/ Автомобилът ще отговаря на изискванията на действащата в момента консолидирана Директива 70/156 ЕЕС.
1.4. Шаси:	**1.4. Шаси:**
1.4.1. Самоносеща метална конструкция.	1.4.2. Самоносеща метална конструкция.
1.4.1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на автомобила, без антената/ по-малко от 3.00м.	1.4.1.1. Височина /измерена при нетна маса на автомобила, без антената/ 2.97м.
1.4.1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 m.	1.4.1.2. Дължина /вкл. допълнително оборудване/ - 5.50 m.
1.4.1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични прозорци/ до 2.70 m.	1.4.1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични прозорци/ -2.20 m.
1.4.2. Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности.	1.4.3. Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности.
1.4.3. Пълен достъп до санитарната част поне от две места:	1.4.3. Пълен достъп до санитарната част от две места:
1.4.3.1. От дясната страна на автомобила през плъзгаща се врата;	1.4.3.1. От дясната страна на автомобила през плъзгаща се врата;
1.4.3.2. От задната страна на автомобила през две врати, отварящи се минимум на 180^0	1.4.3.2. От задната страна на автомобила през две врати, отварящи се минимум на 180^0
1.4.4. На покрива да се предвиди възможност за инсталиране на автомобилна антена.	1.4.4. На покрива ще се предвиди възможност за инсталиране на автомобилна антена.
1.4.5. Анти-корозионно покритие, което да гарантира защита на купето от корозия минимум 6 години	1.4.5. Анти-корозионно покритие, което гарантира защита на купето от корозия 7 години
1.4.5.1. Долната повърхност на бронята трябва да бъде защитена чрез пластмасови предпазители.	1.4.5.1. Долната повърхност на бронята ще бъде защитена чрез пластмасови предпазители.
1.4.6. Основен цвят - бял.	1.4.7. Основен цвят - бял.
1.4.6.1. Допълнителен цвят: оранжев- цвят на покрива.	1.4.6.1. Допълнителен цвят: оранжев- цвят на покрива.
1.4.6.2. Специфични опознавателни знаци:	1.4.6.2. Специфични опознавателни знаци:
1.4.6.2.1. Оранжева, светлоотразяваща лента до 40 см максимална ширина , чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола.	1.4.6.2.1. Оранжева, светлоотразяваща лента 40 см м ширина , чийто горен ръб ще бъде на височината на дръжките на страничните врати и ще опасва цялата кола.

1415 Sofia, Bulgaria, 20 Bogatiza, str.floor 1, Lozenetz District;
Phone: +359 2 905 50 60; FAX: +359 2 905 50 70; E-mail: office@excelor.bg

1.4.6.2.2. Стикер с графично и цветно изображение на отличителния знак на единния европейски номер 112 за територията на Република България по образец, съгласно Закона за националната система за спешни повиквания с единния европейски номер 112, разположен върху задната половина на санитарната част, симитрично от двете страни.	1.4.6.2.2. Стикер с графично и цветно изображение на отличителния знак на единния европейски номер 112 за територията на Република България по образец, съгласно Закона за националната система за спешни повиквания с единния европейски номер 112, разположен върху задната половина на санитарната част, симитрично от двете страни.
1.4.6.2.3. От двете страни на автомобила се поставя надпис с главни букви (с височина 20 см и дебелина на линията 2 см) - СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ	1.4.6.2.3. От двете страни на автомобила ще се постави надпис с главни букви (с височина 20 см и дебелина на линията 2 см) - СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
1.4.6.2.4. Огледално обърнат надпис "ЛИНЕЙКА" върху предния капак.	1.4.6.2.4. Огледално обърнат надпис "ЛИНЕЙКА" върху предния капак.
1.5 Шофьорска кабина:	**1.5 Шофьорска кабина:**
1.5.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда отвесна преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и трябва да бъде с големина около 0,12 m2; да бъде обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора или друго средство, предпазващо шофьора от светлината в санитарния отсек /задната част на купето, където се намира пациента/.	1.5.1. Кабината ще да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда отвесна преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът ще позволява пряк визуален контакт с шофьора и ще бъде с големина 0,12 m2; ще бъде обезопасен срещу самоотваряне и ще има подвижна щора , предпазваща шофьора от светлината в санитарния отсек /задната част на купето, където се намира пациента/.
1.5.2. Седалка за шофьора плюс една двойна седалка /или две единични/ за пътник. Седалките са снабдени с инерционни осигурителни колани със система за предварително натягане с три точки на закрепване /две точки на закрепване за седалката в средата – без инерционен механизъм/. Одобреното от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабината и регулиране на седалката не трябва да се намаляват.	1.5.2. Седалка за шофьора плюс една двойна седалка за пътници. Седалкитеще са снабдени с инерционни осигурителни колани със система за предварително натягане с три точки на закрепване /две точки на закрепване за седалката в средата – без инерционен механизъм/. Одобреното от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабината и регулиране на седалката няма да се намаляват.
1.5.3. Въздушна възглавница за шофьора и останалите пътници	1.5.3. Въздушна възглавница за шофьора и останалите пътници
1.5.4. Допълнително оборудване освен стандартното:	1.5.4. Допълнително оборудване освен стандартното:
1.5.4.1. Подвижна лампа, монтирана пред дясната седалка. Лампата да осигурява достатъчна по интензивност осветеност.	1.5.4.1. Подвижна лампа, монтирана пред дясната седалка. Лампата да осигурява достатъчна по интензивност осветеност.
1.5.4.2. 12 V куплунг за включване на лампата.	1.5.4.2. 12 V куплунг за включване на лампата.
1.5.4.3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали. Функция за високоговорител.	1.5.4.3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали. Функция за високоговорител.

1.5.4.4. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг.	1.5.4.4. Пожарогасител сух тип, 3.0 кг.
1.5.4.5. Двузонен климатроник – в шофьорската кабина и санитарния отсек.	1.5.4.5. Двузонен климатроник – в шофьорската кабина и санитарния отсек.
1.5.4.6. На арматурното табло трябва да има два извода за радио-оборудването на колата, единият от които (+12 волта и маса) за захранване директно от акумулатора на колата и един от антената.	1.5.4.6. На арматурното табло ще има два извода за радио-оборудването на колата, единият от които (+12 волта и маса) за захранване директно от акумулатора на колата и един от антената.
1.5.4.7. Шкафче за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила.	1.5.4.7. Шкафче за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила.
1.5.4.8. Комуникационна технология	1.5.4.8. Комуникационна технология
1.5.4.8.1. Система за навигация с актуални карти на РБългария и Европа.	1.5.4.8.1. Система за навигация с актуални карти на РБългария и Европа.
1.5.4.8.2. Система за GPS контрол, която да дава възможност за контрол на автомобила.	1.5.4.8.2. Система за GPS контрол, която да дава възможност за контрол на автомобила.
1.5.4.8.3.Интерком между пациентното отделение и шофьорска кабина	1.5.4.8.3.Интерком между пациентното отделение и шофьорска кабина
1.5.4.8.4. Паник Бутон	1.5.4.8.4. Паник Бутон
1.5.4.8.5. Връзка с тел. 112	1.5.4.8.5. Връзка с тел. 112
1.5.4.8.6. Подготовка за GSM	1.5.4.8.6. Подготовка за GSM
1.6.Санитарен/Медицински отсек	**1.6.Санитарен/Медицински отсек**
1.6.1. Минимални вътрешни размери:	1.6.1. Минимални вътрешни размери:
1.6.1.1. Дължина над 2.70 m.	1.6.1.1. Дължина - 2.72 m.
1.6.1.2. Ширина над 1.65 m.	1.6.1.2. Ширина -1.66 m.
1.6.1.3. Височина над 1.85 m.	1.6.1.3. Височина -1.86 m.
1.6.2. Отварянето и затварянето на вратите трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата трябва да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата.	1.6.2. Отварянето и затварянето на вратите трябва ще бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата ще се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата.
1.6.2.1. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение.	1.6.2.1. Вратите на медицинския отсек ще могат да се задържат в отворено положение.
1.6.3.Звуков или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила.	1.6.3.Звуков сигнал ще предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила.
1.6.4. Естествено осветление:	1.6.4. Естествено осветление:
1.6.4.1. Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината.	1.6.4.1. Страничните и задни прозорци ще са покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината.

1.6.5. Изкуствено осветление: В съответствие с БДС EN 1789:2007+A2:2014	1.6.6. Изкуствено осветление: В съответствие с БДС EN 1789:2007+A2:2014
1.6.5.1.Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек.	1.6.5.1.Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек.
1.6.5.2. Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението.	1.6.5.2.Има две различни степени на интензивност на осветлението.
1.6.5.3. Включва се автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек.	1.6.5.3. Включва се автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек.
1.6.5.4. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек.	1.6.5.4. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек.
1.6.5.5. Над носилката е монтирана подвижна лампа, която да осигурява достатъчна по интензивност осветеност.	1.6.5.5. Над носилката е монтирана подвижна лампа, която ще осигурява достатъчна по интензивност осветеност.
1.6.6. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация.	1.6.6. Санитарният отсек ще е с добра акустична, термична и хидро изолация.
1.6.7. Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник когато колата е в движение и от електрическа печка 220V с термостат, когато колата е паркирана и захранена от ел. мрежа. Печките са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на БДС EN 1789:2007+A2:2014.	1.6.7. Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник когато колата е в движение и от електрическа печка 220V с термостат, когато колата е паркирана и захранена от ел. мрежа. Печките са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система ще отговаря на БДС EN 1789:2007+A2:2014.
1.6.8. Охладителна система – да отговаря на БДС EN 1789:2007+A2:2014 - Охлаждане	1.6.9. Охладителна система – ще отговаря на БДС EN 1789:2007+A2:2014 - Охлаждане
1.6.10. Вентилационна система-двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой	1.6.10. Вентилационна система-двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система ще осигурява 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой
1.6.10. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място;	1.6.11. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва ще на едно командно табло на лесно достъпно място;
1.6.12. В санитарния отсек трябва да има седалки с колани поне за двама души. Седалките са разположени (i) една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката; (ii) другата откъм главата на носилката за	1.6.12. В санитарния отсек ще има седалки с колани за двама души. Седалките са разположени (i) една откъм страната на носилката, на 2/3 от дължината на носилката откъм краката; (ii) другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите

1415 Sofia, Bulgaria, 20 Bogatiza, str.floor 1, Lozenetz District;
Phone: +359 2 905 50 60; FAX: +359 2 905 50 70; E-mail: office@excelor.bg

улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент.	върху лежащия на носилката пациент.
1.7. Носилките следва да са сертифицирани за съответствие със стандарт EN 1865 и съгласно Директива 93/42/EEC на Съвета на ЕС.	**1.7. Носилките ще са сертифицирани за съответствие със стандарт EN 1865 и съгласно Директива 93/42/EEC на Съвета на ЕС.**
17.1. Основна носилка:	17.1. Основна носилка:
1.7.1.1. Приблизителни размери 190x55 cm. Размерите следва да се измерват от най-външните краища.	1.7.1.1. Размери 190x55 cm. Размерите се измерват от най-външните краища.
1.7.1.2. Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса. Платформата трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата да са на контролно табло. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг.	1.7.1.2. Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса. Платформата ще осигурява движения в посока нагоре и надолу; ще е от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата ще са на контролно табло. Носещият капацитет ще бъде 180 кг.
1.7.1.3. Необходима е регулируема облегалка от 0^0 до 70^0 или повече.	1.7.1.3. Регулируема облегалка от 0^0 до 70^0 .
1.7.1.4. Носилката трябва да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Трябва да има минимум 360^0 въртящи се колела откъм краката и поне две колела трябва да бъдат снабдени с крачна спирачка.	1.7.1.4. Носилката ще има четири сгъваеми колела с диаметър 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Ще има 360^0 въртящи се колела откъм краката и две колела ще бъдат снабдени с крачна спирачка.
1.7.1.5. Носилката трябва да има предпазни сгъваеми перила, а покритието на носилката трябва да не бъде хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати.	1.7.1.5. Носилката ще има предпазни сгъваеми перила, а покритието на носилката няма да бъде хлъзгаво и ще позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати.
1.7.1.6. При вкарване в линейката горният край на носилката трябва да е разположен на минимум 40 см от нивото на пода и на не по-малко от 110 см от тавана. Височината на носилката в горно положение трябва да бъде 85 до 90 см, докато в долно положение височината трябва да бъде до 40 см. Носилката не трябва да тежи повече от 45 кг .	1.7.1.6. При вкарване в линейката горният край на носилката ще е разположен на 40 см от нивото на пода и на 110 см от тавана. Височината на носилката в горно положение ще бъде 85 см, докато в долно положение височината ще бъде 40 см. Носилката ще тежи 45 кг .
1.7.1.7. Носилката трябва да бъде снабдена с шест броя обезопасителни колани. Носилката трябва да е снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на оборудването.	1.7.1.7. Носилката ще бъде снабдена с шест броя обезопасителни колани. Носилката ще е снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на оборудването.
1.7.2. Сгъваема носилка "столче". Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи	**1.7.2. Сгъваема носилка "столче".** Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Покритието на носилката ще позволява лесно и пълно почистване с течни

1415 Sofia, Bulgaria, 20 Bogatiza, str.floor 1, Lozenetz District;
Phone: +359 2 905 50 60; FAX: +359 2 905 50 70; E-mail: office@excelor.bg

препарати. Максимално тегло на столчето 15 кг и товароподемност минимум 150 кг.	миещи препарати. Тегло на столчето 15 кг и товароподемност 150 кг.
1.7.3. Носилка "board type" за пациенти с травми на гръбначния стълб. Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Носилката трябва да има здрава лека конструкция, проницаема за рентгенови лъчи и по- лека от водата. Всяка от дългите страни на носилката трябва да бъде оборудвана с минимум по три дръжки и с по две откъм страната на главата и на краката.	**1.7.3. Носилка "board type" за пациенти с травми на гръбначния стълб**. Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Носилката ще има здрава, лека конструкция, проницаема за рентгенови лъчи и по- лека от водата. Всяка от дългите страни на носилката ще бъде оборудвана с по три дръжки и с по две откъм страната на главата и на краката.
1.7.3.1. Носилката е снабдена с шест броя обезопасителни колани.	1.7.3.1. Носилката е снабдена с шест броя обезопасителни колани.
1.7.3.2. Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати.	1.7.3.2. Покритието на носилката ще позволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати.
1.7.4. Транспортно платно за пренасяне на пациент: да има минимум 10 ръкохватки по 5бр. от двете страни, да е изработено от пожароустойчиви материали, товароносимост- над 250кг., тегло под-2кг., размери в разгънато положение-дължина 190см, ширина 75см, да бъде окомплектовано с чанта за съхранение и пренос.	1.7.4. Транспортно платно за пренасяне на пациент: ще има 10 ръкохватки по 5бр. от двете страни, ще е изработено от пожароустойчиви материали, товароносимост- 260кг., тегло под-1.9кг., размери в разгънато положение-дължина 190см, ширина 75см, ще бъде окомплектовано с чанта за съхранение и пренос.
1.7.5. Вакуум дюшек: да е с интегрирано въже по целия периметър на дюшек с минимум 8 ръкохватки, окомплектовката да включва помпа и чанта за съхранение и пренос, тегло – макс.5 кг.	1.7.5. Вакуум дюшек: ще е с интегрирано въже по целия периметър на дюшека с 8 ръкохватки, окомплектовката да включва помпа и чанта за съхранение и пренос, тегло – 5 кг.
1.7.6. Чанта за първа помощ, съдържаща като минимум следното: универсална CPR маска, универсални ножици, изотермично покривало, диагностична лампа тип "химикалка", автоматичен турникет, 2 чифта стерилни ръкавици, гъвкава самозалепваща се превръзка 100x63 мм, 2 ролки копринен пластир 25мм и 50 мм, 3 пакета марли/ 2бр. 10x10 см и 1 бр. 18x40 см/, 2 марлени чершафи /40x60 см и 100x100 см/, пакет памук – 100 гр., триъгълна превръзка, пликче за лед запазващ 0 ° температура за поне 35 мин., 5 бр. хидрогелни превръзки за изгаряния 10x10 см,полутвърда шина 22x11 см, 5 бр.марлен бинт 10x10 см., шишенце с кислородна вода - 125 мл, 1 бр.щипка на Мажил.	1.7.6. Чанта за първа помощ, съдържаща следното: универсална CPR маска, универсални ножици, изотермично покривало, диагностична лампа тип "химикалка", автоматичен турникет, 2 чифта стерилни ръкавици, гъвкава самозалепваща се превръзка 100x63 мм, 2 ролки копринен пластир 25мм и 50 мм, 3 пакета марли/ 2бр. 10x10 см и 1 бр. 18x40 см/, 2 марлени чершафи /40x60 см и 100x100 см/, пакет памук – 100 гр., триъгълна превръзка, пликче за лед запазващ 0 ° температура за 35 мин., 5 бр. хидрогелни превръзки за изгаряния 10x10 см, полутвърда шина 22x11 см, 5 бр.марлен бинт 10x10 см., шишенце с кислородна вода -125 мл, 1 бр.щипка на Мажил.
1.8. Аспирационна инсталация	**1.8. Аспирационна инсталация**
1.8.1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа.	1.8.1. Аспирационната инсталация ще осигурява вакуум с налягане 65 кРа.
1.8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата е	1.8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата е

разположен извод за аспирация, снабден с аспирационен съд с обем минимум един литър, клапан за регулиране на налягането и манометър. Аспирационният съд трябва да има гъвкав маркуч с накрайник.	разположен извод за аспирация, снабден с аспирационен съд с обем минимум един литър, клапан за регулиране на налягането и манометър. Аспирационният съд ще има гъвкав маркуч с накрайник.
1.8.3. На подходящо място е поставен превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа.	1.8.3. На подходящо място е поставен превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа.
1.9. Кислородна инсталация:	**1.9. Кислородна инсталация:**
1.9.1. Две бутилки за кислород, със спирателен кран, с обем най- малко 10 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила.	1.9.1. Две бутилки за кислород, със спирателен кран, с обем 10 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила.
1.9.2. Чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките	1.9.2. Чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките
1.9.3. Бутилките са свързани към кислородната инсталация на автомобила.	1.9.3. Бутилките са свързани към кислородната инсталация на автомобила.
1.9.4. Два стандартни кислородни изхода съгласно DIN EN 737-1 трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка откъм страната на главата. Да се достави комбиниран дебитомер с овлажнител с DIN накрайник, с регулируем дебит в обхват мин. 0 до 15 л./мин и овлажнител с разграфена овлажнителна камера.	1.9.4. Два стандартни кислородни изхода съгласно DIN EN 737-1 ще бъдат поставени в близост до основната носилка откъм страната на главата. Ще се достави комбиниран дебитомер с овлажнител с DIN накрайник, с регулируем дебит в обхват 0 до 15 л./мин и овлажнител с разграфена овлажнителна камера.
1.9.5. Две подвижни резервни бутилки за кислород .	1.9.5. Две подвижни резервни бутилки за кислород .
1.9.6 Доставят се необходимите инструменти за монтиране и демонтиране на бутилките за кислород.	1.9.6 Доставят се необходимите инструменти за монтиране и демонтиране на бутилките за кислород.
1.10. Медицинският/Санитарният отсек трябва да бъде облицован с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използуване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100мм/мин.	**1.10. Медицинският/Санитарният** отсек ще бъде облицован с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и ще позволява лесно почистване чрез използуване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 степента на горене на всички материали от интериора при тестване ще бъде по-малка от 100мм/мин.
1.11. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища.	1.11. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм няма да имат външни остри ръбове и ще завършват със заоблени краища.
1.11.1 При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2,5мм освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 мм измерено от панела. В този случай	1.11.1 При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. ще бъде не по-малък от 2,5мм освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 мм измерено от панела. В този случай минималният радиус на

1415 Sofia, Bulgaria, 20 Bogatiza, str.floor 1, Lozenetz District;
Phone: +359 2 905 50 60; FAX: +359 2 905 50 70; E-mail: office@excelor.bg

минималният радиус на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от широчината й.	извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от широчината й.
1.11.2 Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5мм в радиус/.	1.11.2 Ръбовете на повърхностите ще са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5мм в радиус/.
1.12. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за обслужващия включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5мм. Покритието трябва да бъде най- малко на 75 мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените.	1.12. Подовото покритие ще осигурява адекватно сцепление за обслужващия включително при влажна повърхност; подовото покритие ще е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, ще се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие ще бъде постоянно и ще покрива цялата дължина и ширина на помещението; то ще бъде без шевове, едно парче, 1,5мм. Покритието ще бъде на 75 мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените.
1.13. В Санитарния/Медицински отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат монтирани минимум четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване и минимум още три 220 V стенни контакта тип „Шуко". Контактите на електрическите системи с различен волтаж следва да бъдат различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12V DC захранващи куплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка.	1.13. В Санитарния/Медицински отсек в близост до поставките за оборудване ще бъдат монтирани четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване и още три 220 V стенни контакта тип „Шуко". Контактите на електрическите системи с различен волтаж ще бъдат различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12V DC захранващи куплунзи ще съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка.
1.13. Шкафчета, с общ обем най- малко 145 литра и поставки подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката.	1.13. Шкафчета, с общ обем 145 литра и поставки подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката.
1.13.1 Шкафчетата да са защитени от самоотваряне; да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва автоматично.	1.13.1 Шкафчетата ще са защитени от самоотваряне; ще имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти ще се заключва автоматично.
1.14. В Санитарния/Медицински отсек има дръжка, която се намира над носилката по надлъжната й ос.	**1.14. В Санитарния/Медицински отсек ще има дръжка, която се намира над носилката по надлъжната й ос.**

1415 Sofia, Bulgaria, 20 Bogatiza, str.floor 1, Lozenetz District
Phone: +359 2 905 50 60; FAX: +359 2 905 50 70; E-mail: office@excelor.bg

1.14.1. Отстрани по дължина на носилката да има полица за поставяне на медицинска апаратура.	**1.14.1**. Отстрани по дължина на носилката ще има полица за поставяне на медицинска апаратура.
1.14.2. Две поставки за закрепване на инфузионни банки са позиционирани над носилката.	**1.14.2.** Две поставки за закрепване на инфузионни банки ще са позиционирани над носилката.
1.15. Всички монтирани елементи в санитарния отсек да бъдат закрепени, съгласно изискванията на БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент. Закрепване на устройства.	**1.15. Всички монтирани елементи в санитарния отсек ще бъдат закрепени, съгласно изискванията на БДС EN 1789:2007+A2:2014 - Закрепване на устройства.**
1.16. Двигател:	**1.16. Двигател:**
1.16.1 Икономичен четиритактов турбо дизел двигател от нов тип	1.16.1 Икономичен четиритактов турбо дизел двигател от нов тип
1.16.2 Минимална мощност – 90 KW.	1.16.2 Мощност – 120 KW.
1.16.3 Санитарен автомобил натоварен до позволената брутна маса (позволена брутна маса – съгласно БДС EN 1789:2007+A2:2014) трябва да може да ускорява от 0км/ч до 80 км/ч за 35 сек. или по-малко.	1.16.3 Санитарен автомобил натоварен до позволената брутна маса (позволена брутна маса – съгласно БДС EN 1789:2007+A2:2014) ще може да ускорява от 0км/ч до 80 км/ч за 25 сек. .
1.16.4 Максимална скорост – не по-малка от 130 км/ч при пълно натоварване.	1.16.4 Максимална скорост – 160 км/ч при пълно натоварване.
1.16.5 Каталитичен конвертор за очистване на изгорелите газове.	1.16.5 Каталитичен конвертор за очистване на изгорелите газове.
1.16.6 Да е в нормите на ЕВРО 6 или по-малко за съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове. Да се представи сертификат.	1.16.6 Ще е в нормите на ЕВРО 6 за съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове. За доказване на горното прилагаме сертификат за съотвествие, издаден за автомобила от същата серия, от която е и предлаганият автомобил. При доставката на предлаганата мобилна единица за здравна помощ ще представим сертификат на вече произведения автомобил, включващ и конкретни данни и потвърждаващ нормите за ЕВРО 6
1.16.7 Разход на гориво за 100 км при смесен цикъл на движение не по-висок от 10 литра.	1.16.7 Разход на гориво за 100 км при смесен цикъл на движение – 7.8 литра.
1.17. Резервоар:	**1.17. Резервоар:**
17.1 Осигурява достатъчен обем гориво за осъществяване на пробег не по малко от 500 км. с едно зареждане	17.1 Осигурява достатъчен обем гориво за осъществяване на пробег 600 км. с едно зареждане
1.18. Охладителна система:	**1.18. Охладителна система:**
1.18.1 Осигурява нормална и непрекъсната работа на двигателя при работно натоварване и температура на въздуха от -20 до +40 C°	1.18.1 Осигурява нормална и непрекъсната работа на двигателя при работно натоварване и температура на въздуха от -20 до +40 C°
1.18.2 Осигурява отопление на шофьорската	1.18.2 Осигурява отопление на

кабина и регулиране на температурата и количеството на влизащия въздух.	шофьорската кабина и регулиране на температурата и количеството на влизащия въздух.
1.19. Кормилно управление:	**1.20. Кормилно управление:**
1.19.1 Разположен от лявата страна на колата.	1.19.1 Разположен от лявата страна на колата.
1.19.2 Сервоусилвател.	1.19.2 Сервоусилвател.
1.19.3 Самоблокиращ се при изваждане на контактния ключ с вграден имобилайзер.	1.19.3 Самоблокиращ се при изваждане на контактния ключ с вграден имобилайзер.
1.20. Задвижване и скоростна кутия:	**1.20. Задвижване и скоростна кутия:**
1.20.1. Задвижване 4x4 - Фабрично производство за модела.	1.20.1. Задвижване 4x4 - Фабрично производство за модела.
1.20.2. Механична шестстепенна скоростна кутия /6+1 задна скорост/.	1.20.2. Механична шестстепенна скоростна кутия /6+1 задна скорост/.
1.21. Гуми:	**1.21. Гуми:**
1.21.1 Радиални, безкамерни с размер на джантите - минимум 16 цола. Точният размер да бъде в съответствие със спецификацията на производителя за тази модификация.	1.21.1 Радиални, безкамерни с размер на джантите - 16 цола. Точният размер ще бъде в съответствие със спецификацията на производителя за тази модификация.
1.21.2 Резервна гума:	1.21.2 Резервна гума:
1.21.2.1 Идентична на оригиналните гуми. Джантата да бъде боядисано в червено.	1.21.2.1 Идентична на оригиналните гуми. Джантата ще бъде боядисано в червено.
1.21.2.2 Лесно достъпна.	1.21.2.2 Лесно достъпна.
1.22. Окачване:	**1.22. Окачване:**
1.22.1 Предно, тип Mack Pherson, с газови или комбинирани амортисьори.	1.22.1 Предно, тип Mack Pherson, с газови .
1.22.2 Задно, с маслени или газови амортисьори или комбинирани амортисьори.	1.22.2 Задно, газови амортисьори .
1.23. Спирачна система:	**1.23. Спирачна система:**
1.23.1 Независима двукръгова, със сервоусилвател.	1.23.1 Независима двукръгова, със сервоусилвател.
1.23.2 Антиблокираща спирачна система ABS; електронна стабилизираща програма ESP; спирачен асистент; електронна система за разпределение на спирачната сила; електронна система за контрол на сцеплението; асистент за потегляне по наклон.	1.23.2 Антиблокираща спирачна система ABS; електронна стабилизираща програма ESP; спирачен асистент; електронна система за разпределение на спирачната сила; електронна система за контрол на сцеплението; асистент за потегляне по наклон.
1.23.3 Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки.	1.23.3 Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки.
1.24. Електрическа инсталация:	**1.24. Електрическа инсталация:**
1.24.1 Електрическата инсталация трябва да отговаря на БДС EN 1789:2007+A2:2014.	1.24.1 Електрическата инсталация трябва да отговаря на БДС EN 1789:2007+A2:2014.
1.24.2. 12V- (-) на обща маса.	1.24.2. 12V- (-) на обща маса.

1415 Sofia, Bulgaria, 20 Bogatiza, str.floor 1, Lozenetz District;
Phone: +359 2 905 50 60; FAX: +359 2 905 50 70; E-mail: office@excelor.bg

1.24.3 Батерията и алтернаторът отговарят на изискванията на БДС EN 1789:2007+A2:2014. Батерия и алтернатор за санитарен автомобил тип В.	1.24.3 Батерията и алтернаторът отговарят на изискванията на БДС EN 1789:2007+A2:2014. Батерия и алтернатор за санитарен автомобил тип В.
1.24.4 Допълнителната електрическа система/и, приспособена към базовия модел е отделно от базовата ел. система и корпуса на шасито не се използва за заземяване на допълнителните инсталации.	1.24.4 Допълнителната електрическа система, приспособена към базовия модел е отделно от базовата ел. система и корпуса на шасито не се използва за заземяване на допълнителните инсталации.
1.24.5 Всички ел. вериги да са добре определени с ясно маркирани кабели.	1.24.5 Всички ел. вериги ще са добре определени с ясно маркирани кабели.
1.24.6 Всички ел. вериги в допълнителната електрическа система/и да имат отделен предпазител за претоварване.	1.24.6 Всички ел. вериги в допълнителната електрическа система ще имат отделен предпазител за претоварване.
1.24.7 Предпазителите за електрическата система на автомобила и за допълнително монтираното оборудване трябва да са групирани в едно табло.	1.24.7 Предпазителите за електрическата система на автомобила и за допълнително монтираното оборудване ще са групирани в едно табло.
1.24.8 Електрическата система да бъде така конструирана, че да компенсира прекъсване на електрическото захранване и да подава приоритетно захранване за осветлението и медицинското оборудване.	1.24.8 Електрическата система ще бъде така конструирана, че ще компенсира прекъсване на електрическото захранване и ще подава приоритетно захранване за осветлението и медицинското оборудване.
1.24.9 Два вградени инвертора за медицинския отсек ~ 220V/50Hz AC до 12V DC и 12V DC до ~220V/50Hz AC, всеки по 1000W	1.24.9 Ще има два вградени инвертора за медицинския отсек ~ 220V/50Hz AC до 12V DC и 12V DC до ~220V/50Hz AC, всеки по 1000W
1.24.10 Допълнителен ключ маса.	1.24.10 Допълнителен ключ маса.
1.24.11 Водоустойчив контакт 220V монтиран на левият борд на автомобила, в близост до шофьорската врата. Служи за включване на захранващото устройство към мрежата 220 V, когато колата е на паркинг.	1.24.11 Водоустойчив контакт 220V монтиран на левият борд на автомобила, в близост до шофьорската врата. Служи за включване на захранващото устройство към мрежата 220 V, когато колата е на паркинг.
1.24.12 Мрежово захранващо устройство- осигурява зареждане на акумулаторната батерия от мрежата- 220V при паркиран автомобил.	1.24.12 Мрежово захранващо устройство- осигурява зареждане на акумулаторната батерия от мрежата- 220V при паркиран автомобил.
1.24.13 Когато автомобилът е включен към мрежа 220V стартера се блокира автоматично и не е възможно потегляне от място.	1.24.13 Когато автомобилът е включен към мрежа 220V стартера се блокира автоматично и не е възможно потегляне от място.
1.25. Специална сигнализация:	**1.25. Специална сигнализация:**
1.25.1 Въртящи се сини сигнални лампи:	1.25.1 Въртящи се сини сигнални лампи:
1.25.1.1. Трябва да бъдат поставени на покрива на автомобила, като два светлинни източника са отпред, симетрично разположени спрямо надлъжната ос. Отзад на средната линия по протежение на колата се поставя трети светлинен източник. Излъчваната светлина трябва да е с достатъчна	1.25.1.1. Ще бъдат поставени на покрива на автомобила, като два светлинни източника са отпред, симетрично разположени спрямо надлъжната ос. Отзад на средната линия по протежение на колата се поставя трети светлинен източник. Излъчваната светлина трябва ще е с достатъчна интензивност,

1415 Sofia, Bulgaria, 20 Bogatiza, str.floor 1, Lozenetz District;
Phone: +359 2 905 50 60; FAX: +359 2 905 50 70; E-mail: office@excelor.bg

интензивност, осигурена от халогенна лампа.	осигурена от халогенна лампа.
1.25.2. Две сини допълнителни фарчета:	1.25.2. Две сини допълнителни фарчета:
1.25.2.1. Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина.	1.25.2.1. Ще бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и ще излъчват импулсна /мигаща/ светлина.
1.25.3. Два халогенни фара против мъгла /под стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W.	1.25.3. Два халогенни фара против мъгла /под стандартните/, всеки с мощност 50 W.
1.25.4. Два халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W.	1.25.4. Два халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност 50 W.
1.25.5. Две мигащи оранжеви светлини:	1.25.5. Две мигащи оранжеви светлини:
1.25.5.1. Намират се в задната част на покрива на колата. Тяхната функция е независима от тази на сините светлини. Включват се при отваряне на задните врати.	1.25.5.1. Намират се в задната част на покрива на колата. Тяхната функция е независима от тази на сините светлини. Включват се при отваряне на задните врати.
1.25.6. Сирената:	1.25.6. Сирената:
1.25.6.1. Битонална, електромагнитна с минимална мощност - 50 W. Същата се разполага така, че издавания от нея звук да бъде насочен напред. Задължително трябва да се предвиди възможност за регулиране силата на звука от пулт в шофьорската кабина.	1.25.6.1. Битонална, електромагнитна с минимална мощност - 50 W. Същата се разполага така, че издавания от нея звук ще бъде насочен напред. Задължително ще се предвиди възможност за регулиране силата на звука от пулт в шофьорската кабина.
1.26. Друга окомплектовка:	**1.26. Друга окомплектовка:**
1.26.1. Комплект от 5 бр. радиални безкамерни зимни гуми с джанти./4 + 1 резервна/	1.26.1. Комплект от 5 бр. радиални безкамерни зимни гуми с джанти./4 + 1 резервна/
1.26.2. Комплект резервни чистачки.	1.26.2. Комплект резервни чистачки.
1.26.3. Комплект резервни халогенни крушки за сигналните лампи.	1.26.3. Комплект резервни халогенни крушки за сигналните лампи.
1.26.4. 220 V кабел с дължина над 20м за включване на автомобила към мрежата.	1.26.4. 220 V кабел с дължина 30 м за включване на автомобила към мрежата.
1.26.5. Аптечка - според изискванията на закона.	1.26.5. Аптечка - според изискванията на закона.
1.26.6. Вериги за сняг за двигателните колела.	1.26.6. Вериги за сняг за двигателните колела.
1.26.7. Въже за теглене.	1.26.7. Въже за теглене.
1.26.8. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр.	1.26.8. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр.
1.26.9. Инструменти:	1.26.9. Инструменти:
1.26.9.1. Набор гаечни ключове /най- малко 5 бр.- десет размера плюс ключ за колелата/, крик, клещи- два вида, три вида отвертки.	1.26.9.1. Набор гаечни ключове 5 бр.- десет размера плюс ключ за колелата, крик, клещи- два вида, три вида отвертки.
1.27. Самостоятелно да се специфицират допълнително монтираното оборудване и системи с цел извънгаранционно обслужване.	**1.27. Самостоятелно ще се специфицират допълнително монтираното оборудване и системи с цел извънгаранционно обслужване.**

1415 Sofia, Bulgaria, 20 Bogatiza, str.floor 1, Lozenetz District;
Phone: +359 2 905 50 60; FAX: +359 2 905 50 70; E-mail: office@excelor.bg

1.28. Автомобилът трябва да бъде снабден със следната документация на български език: а) наръчник за техническа поддръжка;б) наръчник за експлоатация; в) опис на оборудването на автомобила; г) сертификат за кислородните бутилки	**1.28. Автомобилът ще бъде снабден със следната документация на български език:** а) наръчник за техническа поддръжка; б) наръчник за експлоатация; в) опис на оборудването на автомобила; г) сертификат за кислородните бутилки
1.29. Гаранцията за доставения автомобил и оборудването е 36 (тридесет и шест) месеца без ограничение на пробега за автомобила. Гаранционното обслужване на автомобила и оборудването следва да се извършва в оторизирани от производителя сервизи на територията на Република България.	**1.29. Гаранцията за доставения автомобил и оборудването е 36 (тридесет и шест) месеца без ограничение на пробега за автомобила. Гаранционното обслужване на автомобила и оборудването ще се извършва в оторизирани от производителя сервизи на територията на Република България.**
1.30. Производителят на автомобилите трябва да бъде сертифициран по система за управление на качеството EN ISO 9001:2000. Да се представи Декларация за съответствие с БДС EN 1789:2007+A2:2014 (Медицински автомобили и тяхното оборудване, Road ambulances). Цялото оборудване трябва да отговаря на Директива 93/42/ЕЕС касаеща медицински апарати и на стандартите съгласно тази Директива.	**1.30.** Производителят на автомобилите е сертифициран по система за управление на качеството EN ISO 9001:2000. Представяме Декларация за съответствие с БДС EN 1789:2007+A2:2014 (Медицински автомобили и тяхното оборудване, Road ambulances). Цялото оборудване ще отговаря на Директива 93/42/ЕЕС касаеща медицински апарати и на стандартите съгласно тази Директива.

~~(Допълнителна техническа информация за предложения електромобил, предоставя се по преценка на участника)~~

3. Гаранционен срок и сервиз:

3.1. Гаранционен срок на автомобила и оборудването - **Гаранцията за доставения автомобил и оборудването, което предлагаме е в размер на 36 месеца /тридесет и шест месеца без ограничение на пробега (не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца без ограничение на пробега за автомобила.**

3.2. Декларираме, че гаранционното обслужване на автомобила и оборудването ще се извършва в оторизирани от производителя сервизи на територията на Република България

4. Срок за изпълнение на доставката:

4.1. Задължаваме се доставката да бъде извършена в срок до 150 /сто и петдесет/, считано от датата на сключване на договора.

4.2. Задължаваме се да предадем доставения автомобил с извършена предпродажбена подготовка, зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали, с необходимите за регистрацията документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език.

5. Декларации

5.1. Декларираме, че сме запознати с изискванията за участие в обявената от Вас обществена поръчка и с условията за провеждане на процедурата, посочени в обявлението и документацията, и ги приемаме без възражения.

1415 Sofia, Bulgaria, 20 Bogatiza, str.floor 1, Lozenetz District;
Phone: +359 2 905 50 60; FAX: +359 2 905 50 70; E-mail: office@excelor.bg

5.2. Декларираме, че настоящата офертата е валидна в срок до 30.06.2018 съгласно обявлението и 5 месеца (словом: пет) месеца от крайния срок за получаване на офертите.
5.3. Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договор и приемаме условията в него.
5.4. Декларираме, че разполагаме със сервизна мрежа, на територията на Р.България, осигуряваща гаранционната поддръжка и сервизно обслужване на предлагания автомобил и оборудването.

Приложения:

❖ Валиден сертификат за съответствие на предлаганата марка и модел с технически стандарти в ЕС или еквивалентни.

❖ Документ, удостоверяващ ~~качеството на производител на предлаганата марка превозно средство или~~ оторизация, че представлява производителя на предлаганата марка превозно средство. (заверено копие на сертификат, договор, оторизационно писмо, пълномощно или друг релевантен документ).

❖ Декларация за съответствие с БДС EN 1789:2007+A2:2014 или негови еквиваленти (Медицински автомобили и тяхното оборудване, Road ambulances).

❖ Декларация, че цялото оборудване отговаря на Директива 93/42/ЕЕС, касаеща медицински апарати и на стандартите съгласно тази Директива или нейни еквиваленти.

❖ Каталози, снимки и др. по преценка на участника.

Excelor Holding Group
EXCELOR
Екселор Холдинг Груп

Подпис: .....

Име и фамилия: Магдалена Василева

Длъжност на представляващия участника Управител

Дата:29.01.2018